



**3 Monitor équipés chacun de : 1 temp sol + 4 sondes Watermark F13 + 3 Tensiomètres RSU**  
**Cycles de déssiccation au dela du désamorçage des tensiomètres**



## F13

**3 Monitor Watermark pas de lecture = 1H équipés chacun de : 1 Temp sol 4 Watermark F13 3 Tensio SRU**

**Sol : talus de Loire**

**Cylindre évaporateur cycle sur 2 semaines**

**Vitesse de montée en tension varie légèrement car l'humidité de l'air de l'atelier chauffé varie légèrement.**

**voir photo dispositif**